INSTAND e.V.
Gesellschaft zur Förderung der Qualitätssicherung in medizinischen Laboratorien e.V.

DAkkS
Deutsche Akkreditierungsstelle
D-EP-15027-02-00

Medizinisches Labor Bremen

Haferwende 12
28357 Bremen

Teilnehmer Nr.: 909
Ringversuch: Mai 2014
Proben Nr.: 36

ZERTIFIKAT

Ringversuch Liquor VII (Nr. 466)- Neurochemische Demenzdiagnostik

gültig bis: 21. Mai 2015

	Gesamt			Statistik			Teilnehmer - Ergebnis		
	N	Bereich *	Median	ZW	VK % **	Quote % **	Wert	Abw. vom ZW (%)	Zertifikat
Aß1- 42	**51**	**10-245**	**191**	**191**	**13**	**80**	**163**	**-15**	**ja**
Tau	**51**	**348-1479**	**824**	**824**	**14**	**76**	**1479**	**79**	**nein**
pT181	**41**	**51-141**	**77,2**	**77,2**	**12**	**88**	**85**	**10**	**ja**

Alle Konzentrationen in pg/ml, *) Bereich der Teilnehmerwerte, **) auf ± 25% Bestehensintervall bezogen

Richtige Interpretation:		**Interpretation des Teilnehmers:** mit Bezug auf den eigenen Referenzbereich
○	Demenzmarker unauffällig	○
○	Aß42 normal	○
○	Aß42 grenzwertig	○
⊗	Aß42 erniedrigt	⊗
○	Tau normal	○
○	Tau grenzwertig	○
⊗	Tau erhöht	⊗
○	pTau normal	○
○	pTau grenzwertig	○
⊗	pTau erhöht	⊗
⊗	Datenkombination wie für Alzheimer Erkrankung typisch	⊗
○	Datenkombination wie bei Creutzfeldt-Jacob Erkrankung charakteristisch	○
○	Kombination nicht interpretierbar	○

Bemerkungen sind jeweils im Bericht mit Bezug auf Teilnehmer Nummern zu finden.

gez.: Prof. Dr. H. Reiber